

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0750-20

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISES DE MULTIRESÍDUO

ADITAMENTO 3

I) Em conformidade com o disposto em 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0750-20, a ITAIPU responde perguntas formuladas por interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1

“Em relação a faixa de masas: Entendemos o interesse em manter a faixa de massas entre 2 - 2000 m/z para aplicações futuras em análises de moléculas com massas altas. Por este motivo, iremos ofertar um instrumento com faixa de massas entre 5 - 3000 m/z, ou seja, 1000 Daltons acima do limite máximo da faixa de massas descrito no Edital. Todavia o início da faixa de massas do instrumento que iremos ofertar é em 5 Daltons e o Edital pede que inicie em 2 Daltons. Na prática, esta diferença de 3 Daltons não traz nenhum tipo de limitação para as aplicações. Apenas para ilustrar, as menores massas de fragmentos de moléculas utilizadas para quantificação ou qualificação geralmente ficam acima de 30 Daltons. Pesquisando na literatura é possível perceber que uma das moléculas que tem o menor fragmento utilizado em análises quantitativas é a Acrilamida, sendo este fragemento analisado na faixa dos 20 Daltons. **Pelo exposto acima, alterar o início da faixa de massas em 5 Daltons e não em 2 Daltons (como está no Edital) permitirá que nós e outras empresas possam oferecer instrumentos com possibilidade de medir massas altas além dos 2000 Daltons solicitado no Edital.”**

RESPOSTA

Pedido deferido. Gentileza reportar-se ao item II deste Aditamento.

PERGUNTA 2

“Em relação ao polarity Switching: Vimos que nosso questionamento sobre a troca de polaridade foi deferido e agora descrito como “Tempo no mínimo de inversão de polaridade 5 ms”. Apenas para que não hajam dúvidas, entendemos que instrumentos com valores de troca de polaridade acima de 5 ms serão aceitos. **Nossa interpretação está correta?”**

RESPOSTA

A interpretação está correta, serão aceitos tempos de inversão superiores a 5m/s.

II) Em conformidade com o disposto em 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0750-20, a ITAIPU altera o parágrafo 6º da letra “a”, Lote 1 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC, conforme a seguir:

(...)

- Faixa de massa (m/z): limite inferior de 2 a 5 m/z e limite superior > 2000 m/z

(...)

A) Disponibiliza em anexo a este Aditamento as Especificações Técnicas, Anexo I do CBC, revisadas, contendo as alterações informadas neste Aditamento.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases do Pregão Eletrônico Nacional NF 0750-20.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico

Data de emissão: 26 de agosto de 2020