

CNPJ: 05.824.013/0001-07

Data: 11/08/2025 15:40:21

Razão social: GETROTECH COMERCIAL ELETRICA IMP E EXP LTDA

Responsável pela  
impugnação: WBC

Descrição: IMPUGNAÇÃO

Com base na análise técnica das especificações solicitadas no processo, observamos uma incompatibilidade entre a quantidade de módulos 720268 requerida e a capacidade física do equipamento Oscilógrafo Digital DL350 da Yokogawa.

O DL350 possui apenas 2 slots físicos para instalação de módulos de entrada. O modelo 720268 (High-speed Voltage Module) é do tipo “full slot” (ocupa 1 slot completo). Dessa forma, em um único DL350 é possível instalar no máximo 2 módulos 720268 simultaneamente.

No edital, consta a seguinte solicitação:

Oscilógrafo	Digital	DL350	—	4	unidades
Módulo	de	entrada	720268	—	20 unidades

Se considerarmos a configuração máxima permitida pelo fabricante, cada DL350 suportaria 2 módulos 720268, totalizando 8 módulos para os 4 equipamentos. Portanto, a solicitação de 20 módulos é tecnicamente inviável de ser atendida, pois excede em 12 unidades a capacidade máxima suportada pelos equipamentos licitados.

Diante disso, solicitamos a retificação do processo, ajustando a quantidade de módulos 720268 à capacidade real dos Oscilógrafos DL350, conforme especificações técnicas do fabricante Yokogawa, ou a alteração do modelo do Oscilógrafo.